

あいち小児保健医療総合センターに設置するテレビモニター・床頭台等・コインランドリー
・Wi-Fiシステム設備等設置運営事業者選定公募型プロポーザルに伴う質問に対する回答等

質問内容	回答
(2) 機能→ア テレビモニター一式部のワイヤレスリモコンを使用せず操作ができるよう、モニター（テレビ）部前面に操作ボタンを設けていることとございますが、中古製品でご提案の為、前面に操作ボタンがないテレビになるのですが、提案は可能ですか。	提案可能
(2) 機能→ア テレビモニター一式部の液晶パネルはカラーTFTとございますが、VAパネルの方が視野角が広く画質が良いのですが、提案は可能ですか。	提案可能
(2) 機能→ア テレビモニター一式部・イ アーム部に関しては、現状使用されているEIZO製TVアームでしか仕様を満たさないのですが、既にEIZO製TVアームが生産終了している為、ご用意が出来ません。この仕様以外でのTV・ロングアームでの提案で3機能性 仕様書との整合性の審査内容では、採点はいただけるのでしょうか。	採点する
(2) 機能→ア テレビモニター一式部・イ アーム部・エ テレビ取付方法及び取付用器具に関しては、現状使用されているEIZO製TVアーム（FLexView117）/フロアスタンド（FZ-AA06-K）でしか仕様を満たさないのですが、既にEIZO製TVアームが生産終了している為、今回、中古活用で148台をご用意することは現業者しか提案することが出来なかった場合は、公平な競争とは言えないと思われまます。つきましては、今回の仕様と同等のTV・ロングアームでのご提案とさせていただきたく存じます。ご教示ください。	提案可能
(2) 機能→イ 床頭台等一式のテレビモニター下部には、白色コンセント2口と記載がございませすが、現在利用をいただいている茶色のコンセント2口での設置でも宜しいでしょうか。ご教示ください。	良い
(2) 機能→カ Wi-Fiシステム設備一式に詳細な規格などの記載がございませすが、既に入りの業者様で見積などを取られたのでしょうか。出来ましたら見積の金額をご教示ください。	見積書を徴取していないため見積の金額を提示できない

・実施要領中 4 質問及び回答（2）質問書の回答について

修正前
質問に対する回答は、令和3年1月13日（水）までに電子メール又はファックスにて、質問者及び全参加申込者に対し回答します。なお、質問に対する回答は、本実施要領の追加又は修正とみなします。
修正後
質問に対する回答は、令和3年1月13日（水）までに電子メール又はホームページにて、質問者等に対し回答します。なお、質問に対する回答は、本実施要領の追加又は修正とみなします。